Humidificateurs Hudson RCI®

Guide d'installation de l'AquaPak® Humidification



5 étapes pour une humidification réussie







Casser la petite languette en plastique de l'orifice de sortie en la remontant vers le haut. Ouverte correctement, la languette doit émettre un "craquement".

ATTENTION: Ne pas tordre ni tourner la languette. La torsion de la languette rétrécit le diamètre intérieur de l'ouverture de l'AquaPak et réduit la libération de la pression et de l'O², ce qui entraîne une surpression de la bouteille et un risque de fuites.





Les adaptateurs d'humidification AquaPak, les réservoirs, ainsi que les réservoirs pour nébulisation sont des Dispositifs Médicaux de Classe IIa. Les adaptateurs pour nébulisation AquaPak sont des dispositifs Médicaux de Classe IIb.

Les produits énumérés ci-dessus sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur l'étiquetage correspondant.

