

16/12/2020



Esteja atento: luvas de exame Medline fraudulentas no mercado

Prezado Cliente,

Temos recebido vários relatos de luvas de exame colocadas à venda que são ora contrafeitas, ora marcadas de forma fraudulenta com o logótipo da Medline. Além disso, agora há vários produtos no mercado com reivindicações de produto enganadoras. É por esta razão que a Medline gostaria de o incentivar a tomar as medidas que se seguem para avaliar as eventuais fontes externas de luvas de exame. Estes passos simples podem protegê-lo contra a aquisição de luvas que não cumprem os padrões a fontes não fiáveis.

- **Verificar a utilização prevista:**
 - As luvas de exame são dispositivos médicos destinados a proteger o paciente contra eventuais contaminações cruzadas durante a utilização. No rótulo deverá ler-se claramente «Exam Gloves» ou «Medical Exam Gloves».
 - As luvas de uso industrial podem ser embaladas de uma forma que dá a entender serem de grau médico, mas na embalagem não consta explicitamente «Exam Gloves» ou «Medical Exam Gloves». Um destes termos terá de constar na caixa.
 - A marcação CE deve ser corroborada pelos testes segundo a norma EN 455 (Partes 1, 2, 3 e 4).
- **Verificar o etiquetado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI ou PPE em inglês):**
 - As luvas médicas EPI destinam-se a proteger o utilizador contra produtos químicos perigosos e/ou microrganismos (bactérias, vírus, fungos).



- A marcação EPI (PPE em inglês) deve ser indicada no rótulo através de símbolos que representam os níveis de proteção; os níveis indicados de proteção são corroborados por testes de EPI (EN ISO 374-1 e EN ISO 374-5).
- **Consultar o nosso Website europeu:** <https://www.medline.eu/>
 - Os websites locais do país mostram o portefólio completo das luvas de exame da Medline.
 - Leia o nosso aviso empresarial sobre luvas de exame com marcação fraudulenta: <https://www.medline.eu/news/alert-fraudulent-marked-exam-gloves>
 - Leia o nosso comunicado de imprensa sobre o aviso da MedTech Europe sobre produtos contrafeitos e fornecedores fraudulentos: <https://www.medline.eu/press-releases/protective-equipment-alert-medtech-europe-releases-warning-about-counterfeit-products-and-fraudulent-suppliers-in-the-context-of-covid-19>
- **Certificar-se de ficar seguro e estar alerta:**
 - Reivindicar o acesso às luvas não significa que o vendedor detenha realmente o fornecimento. Verifique se o produto já foi obtido, se está atualmente na Europa e se não tem de ser importado. As imagens não são suficientes, pois podem ser falsificadas. **Pedir documentação de importação e confirmação de entrega validadas** para garantir que o produto já se encontra no seu mercado.
 - Esteja atento a mediadores terceiros que peçam grandes adiantamentos, ou seja, > 50%.
 - Ter fichas de especificação ou outra documentação técnica não é prova suficiente do produto, uma vez que estas podem ser obtidas através da Internet e de outros meios.
 - Esteja atento se o fornecedor estiver a oferecer Medline ou outra marca de um fornecedor importante. O mais provável é terem sido revendidos, o que aumenta o risco de preço injusto.

Em caso de dúvidas ou questões adicionais, contacte:

Pt-atencaocliente@medline.com.

Medline International Portugal Unipessoal LDA

Campo Grande, 137, 1º dt - Distrito Lisboa: Concelho Lisboa • 1701 089 Lisboa
Tel: +351 808 29 19 21 • Fax: +351 808 29 19 22 • pt-atencaocliente@medline.com • www.medline.eu/pt

Administrador(es): Guillaume Monsallier (Diretor-geral), Andrew Mills (Presidente) • Registo Comercial: 799.255.393 RCS Nantes
NIPC: FR08 799 255 393



Atenciosamente,

Departamento de Luvas de Exame da Medline

Medline International Portugal Unipessoal LDA

Campo Grande, 137, 1º dt - Distrito Lisboa: Concelho Lisboa • 1701 089 Lisboa

Tel: +351 808 29 19 21 • Fax: +351 808 29 19 22 • pt-atencaocliente@medline.com • www.medline.eu/pt

Administrador(es): Guillaume Monsallier (Diretor-geral), Andrew Mills (Presidente) • Registo Comercial: 799.255.393 RCS Nantes
NIPC: FR08 799 255 393

